kamstrup

EU prohlášení o shodě

- MULTICAL® 303 2
- Kamstrup TemperatureSensor 63/83 4

Český překlad anglického originálu
Vydání 01/2026

Naskenujte QR kód a prohlédněte si MULTICAL® 303 na kamstrup.com

https://www.kamstrup.com/en-en/heat-solutions/meters-devices/meters/multical-303

kamstrup

Poznámka: V případě nesouladu nebo rozporu mezi anglickou verzí a jakoukoli jinou jazykovou verzí má přednost anglická verze.

Č.: FILE100000536_D

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Kamstrup A/S
Industrivej 28, Stilling
DK-8660 Skanderborg
T: +45 89 93 10 00 • F: +45 89 93 10 01
M: kamstrup@kamstrup.com

My, společnost Kamstrup A/S, prohlašujeme, že toto prohlášení je vydáno na naši výhradní odpovědnost a vztahuje se na následující výrobek:
MULTICAL® 303, ultrazvukový měřič tepla, chladu a tepla/chladu, typové číslo 303-XXXXXX-XXXXX (platí poznámka 1), výrobní číslo XXXXXXXX/XX/26, který je ve shodě s příslušnými evropskými směrnicemi, včetně všech konsolidovaných znění, uvedenými níže:

RoHS (2011/65/EU), norma: EN/IEC 63000:2018.

EMCD (2014/30/EU), normy: EN 61326-1:2013 a EN 61326-1:2021.
Platí pro typové číslo: 303-xxxxxx-xxxxx.

MID (2014/32/EU), normy: EN 1434:2022, WELMEC 7.2:2025.
Platí pro výrobky označené označením CE a doplňkovým metrologickým označením podle článku 21 směrnice 2014/32/EU. Číslo certifikátu modulu B: DK-0200-MI004-045.

Oznámený subjekt, certifikát modulu D: FORCE Certification A/S, číslo oznámeného subjektu EU: 0200, Park Allé 345, DK-2605 Brøndby. Číslo certifikátu modulu D: DK-0200-MID-D-001.

Český překlad anglického originálu - nevydáno výrobcem

kamstrup

LVD (2014/35/EU), normy: EN 61010-1:2010, EN 61010-1:2010/A1:2019 a EN 61010-1:2010/A1/AC:2019.

RED (2014/53/EU), normy: EN 300 220-2 V.3.1.1:2017, EN 301 489-1 V2.2.3:2019, EN 301 489-3 V2.1.1:2019, EN 62311:2020. Platí pro typové číslo: 303-xxxxxx-xxx30.

PED (2014/68/EU), norma: EN 13480-3:2024. PS: 25 bar, TSmax: 130 °C, TSmin: 2 °C. Skupina tekutin 2, kategorie 4§3.
Výrobky spadající pod článek 4§3 nesmějí být označeny CE podle směrnice 2014/68/EU.

Certifikační orgán, systém kvality ISO 9001: DNV, Tuborg Parkvej 8, 2., DK-2900 Hellerup.

Datum: 2025-12-23, Skanderborg

Seniorní viceprezident pro dodavatelský řetězec:

_____

Carsten Kusk

Poznámka 1. Typové číslo měřiče
Typové číslo se skládá ze dvou částí: 9místné statické části a 5místné dynamické části. Statická část typového čísla je vytištěna na přední straně měřiče, zatímco dynamickou část lze zobrazit na displeji.
Pro zobrazení dynamické části typového čísla stiskněte tlačítko a podržte je 7 sekund, dokud se na displeji neobjeví text 2 - TECH. Tlačítko krátce uvolněte a poté jím přecházejte vpřed, dokud se na displeji nezobrazí indexové číslo 2-011-09. Uvolněte tlačítko a na displeji se zobrazí dynamická část typového čísla s referenčním číslem 21 v pravém horním rohu displeje.

kamstrup

Poznámka: V případě nesouladu nebo rozporu mezi anglickou verzí a jakoukoli jinou jazykovou verzí má přednost anglická verze.

Č.: FILE100001696_D

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Kamstrup A/S
Industrivej 28, Stilling
DK-8660 Skanderborg
T: +45 89 93 10 00 • F: +45 89 93 10 01
M: kamstrup@kamstrup.com

My, společnost Kamstrup A/S, prohlašujeme, že toto prohlášení je vydáno na naši výhradní odpovědnost a vztahuje se na následující výrobek: Kamstrup TemperatureSensor 63 / Kamstrup TemperatureSensor 83, typové číslo 61-63-D0-0XX-XXX nebo 61-83-D0-0XX-XXX, výrobní číslo 2026/XXXXXXX, který je ve shodě s příslušnými evropskými směrnicemi, včetně všech konsolidovaných znění, uvedenými níže:

RoHS (2011/65/EU), norma: EN/IEC 63000:2018.

MID (2014/32/EU), norma: EN 1434:2022.
Platí pro výrobky označené označením CE a doplňkovým metrologickým označením podle článku 21 směrnice 2014/32/EU.
Číslo certifikátu modulu B: DK-0200-MI004-046.

Oznámený subjekt, certifikát modulu D: FORCE Certification A/S, číslo oznámeného subjektu EU: 0200, Park Allé 345, DK-2605 Brøndby. Číslo certifikátu modulu D: DK-0200-MID-D-001.

Datum: 2025-12-23, Skanderborg

Seniorní viceprezident pro dodavatelský řetězec:

_____

Carsten Kusk

Český překlad anglického originálu - nevydáno výrobcem